

----- Original Message -----

From: [George Apostolou](#)

To: prom@nikaia-hosp.gr

Cc: 'inex medical'

Sent: Wednesday, March 09, 2016 7:07 PM

Subject: 1η διαβούλευση για γάντια

Κύριοι,

Μελετώντας τα αποτελέσματα των τεχνικών προδιαγραφών για τον διαγωνισμό των γαντιών έχουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:

Στο είδος 2.2 Γάντια latex χειρουργικά αποστειρωμένα μ.χ

Προτείνουμε να προστεθεί ο όρος να έχουν μακριές μανσέτες χωρίς ρεβέρ (μέσο ελάχιστο μήκος 300mm).

Ο λόγος που προτείνουμε την προσθήκη του παραπάνω όρου στις προδιαγραφές είναι γιατί η καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα επιτυγχάνεται από το πάχος και από την μη ύπαρξη ρεβέρ καθώς το ρεβέρ μπορεί να γυρίσει και το γάντι να φτάσει μέχρι τον καρπό μη προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο το χέρι του γιατρού. Εάν προστεθεί ο όρος «χωρίς ρεβέρ», είναι μία προδιαγραφή που καλύπτεται από τις κορυφαίες εταιρείες γαντιών πχ MOTEX, CARDINAL HEALTH, ANSELL και σε καμμία περίπτωση δεν είναι φωτογραφική αλλά αντιθέτως προστατεύει το νοσοκομείο αφού δίνεται η δυνατότητα να πάρει υψηλότερης ποιότητας γάντια

Με εκτίμηση,



George Apostolou • Γεώργιος Αποστόλου

CEO • Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Egeou 27 19004 Spata Attikis Greece • Αιγαίου 27 19004 Σπάτα Αττικής

Tel: +30-2106630268/9 • Fax: +30-2106630265/7

george.apostolou@inexmedical.gr