

Προς το
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Ηλ.δ/νση: prom@nikaia-hosp.gr

Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση για Τεχνικές Προδιαγραφές Αντιδραστηρίων Ορμονολογικού με προϋπολογισθείσα δαπάνη 317.173,82 ευρώ με ΦΠΑ

Αθήνα, 17.2.2016

Κύριοι,

Σχετικά με την ανωτέρω δημόσια διαβούλευση, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας την ακόλουθη παρατήρησή μας, με γνώμονα την εξασφάλιση διαφάνειας των διαδικασιών, ώστε να υπάρχει η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή υποψηφίων προμηθευτών στις μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες:

Σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές αναλυτή για την εξέταση HbA1c:

Η προδιαγραφή 8 όπως διατυπώνεται, προσδιορίζει σύστημα συγκεκριμένης εταιρείας και δεν προσφέρει κάποια ουσιαστική ωφέλεια στο Εργαστήριο, με αποτέλεσμα η τελική υιοθέτησή της να συρρικνώνει την ανάπτυξη του επιθυμητού ανταγωνισμού.

Ο σωστότερος τρόπος για να διατυπωθεί η συγκεκριμένη προδιαγραφή θα ήταν:

«Η κατανάλωση των αντιδραστηρίων να τεκμηριώνεται με παραπομπές σε τεχνικά εγχειρίδια ή βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου».

Επίσης θα πρέπει να ζητείται από τους προμηθευτές να υπολογίσουν την κατανάλωση των αντιδραστηρίων με βάση δεδομένη εβδομαδιαία συχνότητα λειτουργίας του αναλυτή.

Π.Χ. δύο ξεκινήματα του αναλυτή ημερησίως, πέντε ημέρες ανά εβδομάδα.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Για την MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
- ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α.Ε.Β.Ε.,

MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΠΑΡΑΠΟΤΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 575 - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΦΜ: 094322459 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ: 210 9944950-4
Αρ. Μητρώου ΓΕΜΗ 122083101000