

ΠΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ  
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»

Γέρακας, 24 Φεβρουαρίου 2016

Αξιότιμοι Κύριοι,

Αναφερόμενοι στην δημόσια διαβούλευση που αφορά τις «Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικού (Κωδ. 154683) σας υποβάλλουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις επί συγκεκριμένων όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών για Αυτόματο Σύστημα Τριχοειδικής Ηλεκτροφόρησης - Ανοσοκαθήλωσης, στα πλαίσια της επίτευξης του μέγιστου δυνατού ανταγωνισμού:

**6. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ**  
**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ**

Στο αιτούμενο είδος και στην προδιαγραφή v.1, προδιαγράφεται η μεθοδολογία της Ηλεκτροφόρησης και της Ανοσοκαθήλωσης ως «Τριχοειδική». Δεδομένου ότι διατίθενται και άλλες μεθοδολογίες Ηλεκτροφόρησης και Ανοσοκαθήλωσης, όπως για παράδειγμα η μέθοδος που χρησιμοποιεί ως μέσο διαχωρισμού γέλη αγαρόζης, η οποία μάλιστα θεωρείται και ως μέθοδος αναφοράς («Gold Standard»), προτείνουμε την απαλοιφή της απαίτησης **για αποκλειστικά τριχοειδική μέθοδο ηλεκτροφόρησης.**

Για τον ίδιο λόγο, καθώς και λόγω του γεγονότος ότι προφανώς αιτείται η μέγιστη και όχι κάποια συγκεκριμένη ταχύτητα εξετάσεων, προτείνουμε επίσης, την μετατροπή του όρου 10:

«*Το σύστημα να διαθέτει 8 τριχοειδείς στήλες για αύξηση της ταχύτητας, ώστε να έχει δυνατότητα εκτέλεσης περίπου 90 ηλεκτροφορήσεων πρωτεϊνών την ώρα και περίπου 10 ανοσοκαθηλώσεων την ώρα*» ως εξής:

«*Το σύστημα να διαθέτει δυνατότητα εκτέλεσης τουλάχιστον 90 ηλεκτροφορήσεων πρωτεϊνών την ώρα και τουλάχιστον 10 ανοσοκαθηλώσεων την ώρα*»

Με εκτίμηση,

Βάρλας Ιωάννης  
Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης  
MEDICON HELLAS AE



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.