



**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Δ. Μαντούβαλου 3
184 54 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Αθήνα, 19/01/2016

**Αφορά: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ COOMBS
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΣ ΤΗΣ 18/01/2016**

Στη συνέχεια της πρόσκλησης για διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια φυγοκέντρου Coombs, για την αποφυγή αποκλεισμού από το διαγωνισμό για δευτερεύουσας σημασίας τεχνική προδιαγραφή, ζητούμε να απαλείψετε από τις προδιαγραφές τα εξής:

Τεχν.προδ. 4: «Να διαθέτει μνήμη όπου μπορούν να αποθηκευθούν τουλάχιστον 4 διαφορετικά πρωτόκολλα.....» και να αντικατασταθεί από την εξής παράγραφο: «Δυνατότητα προγραμματισμού των παραμέτρων (αριθμός κύκλων, χρόνο φυγοκέντρωσης)».

Το πρωτόκολλο της διαδικασίας Coombs είναι ένα, με δυνατότητα επιλογής των κύκλων έκπλυσης: 1-4 και του χρόνου φυγοκέντρωσης.

Έτσι, η διαδικασία / χρήση της φυγοκέντρου είναι πιο εύκολη και αυτοματοποιημένη, με αποτέλεσμα την αποφυγή λαθών και την τυποποίηση της μεθόδου.

Στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.

Με εκτίμηση,



Α. Ζιλλιερόν