



Αθήνα, 15/03/2016

Προς
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για Είδη Αναισθησίας – Ανάνηψης – Αναπνοής

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών εν όψει της δημοσίευσης σχετικών διακηρύξεων στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την πρότασή μας για ένα εκ των ειδών που περιλαμβάνεται στη λίστα με τα είδη «Αναισθησίας – Ανάνηψης – Αναπνοής»:

ΕΙΔΟΣ: «ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ»

Υποβάλλουμε την εξής πρόταση:

ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ

Πλήρες σετ έγχυσης μήκους τουλάχιστον 200 cm, κατάλληλο για χορήγηση φαρμάκων μέσω αντλίας σύριγγας με: α) Ρυθμό έγχυσης από 0,1 – 1200 ml/hr σε βήμα του 0,1ml/hr σε όλη τη κλίμακα β) λειτουργία KVO με δυνατότητα απενεργοποίησης της, γ) ρυθμιζόμενα όρια πίεσης συναγερμού φραγής από 50 – 900 mm Hg σε βήμα των 50 mm Hg, δ) μενού στα ελληνικά ε) ηλεκτρική κλάση II (Να παραχωρηθούν οι αντλίες με υποχρέωση της εταιρείας για service δωρεάν).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με τιμή,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Μ.Π.: 00853
ΥΠ./ΜΑ: ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Κ. 173 43
ΤΗΛ.: 210 9700941 - 210 9700660 FAX: 210 9715995
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΘΑΛΕΙΑΣ 5 - ΚΑΝΤΖΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 153 51
ΑΦΜ: 998769277 ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.