

## ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

Συμφωνα με την παραγραφο 3Bb των τεχν. Προδιαγραφων του αιματολ. Αναλυτη, απαιτειται « ...ο υπολογισμος του λευκοκυτταρικου τυπου ....να γινεται **χρηση ακτινων Laser για την ανχνευση των λευκων αιμοσφαιριων.....**».

Η ανωτερω απαιτηση **προσδιοριζει συγκεκριμενη μεθοδο επεξεργασιας** και ερχεται σε πληρη αντιθεση με τον νομο (ΠΔ 118 αρθρο 3 παραγραφος 4).

Οπως προκυπτει το ανωτερω, ο ορος **και χρηση ακτινων Laser**, θα πρεπει να αφαιρεθει για να ειναι συμφωνη με τον νομο.

Η ανωτερω παρατηρηση εγινε πληρως αποδεκτη απο την 3<sup>η</sup> γινε πληρως αποδεκτη απο την 3<sup>η</sup> ΥΠΕ στον **κεντρικο** διαγωνισμο με αρ. Διακ.29 ΠΕ /2015.

Με τιμη.

**Ζήσης Γονιδάκης**

**LYRITIS BIOLINE A.E.**