



ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΕ

Αθήνα: Μιχαλακοπούλου 113 τκ 11527 Τ 210 7292 492 F 210 7292 322

Θεσσαλονίκη: Βασ. Ολγας & Σκιάθου 2 τκ 546 46 Τ 2310 416356 F 2310 402 874

Email info@mantzoros.gr www.mantzoros.gr

Προς  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ  
Τμήμα Προμηθειών  
email:prom@nikaia-hosp.gr

Αθήνα 8/2/16  
Αρ.Πρωτ. 82/2016/ELF/DK

Αφορά: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών συνοδού εξοπλισμού και αντιδραστηρίων καθώς και ποσότητες των αιτούμενων αντιδραστηρίων προσαρμοσμένα στο ΠΠΥΦΥ 2014. (ημερομηνία λήξης: 8/20/16 ώρα 14.00μμ)

**Η εταιρεία μας σας καταθέτει τις παρατηρήσεις της επί των τεχνικών προδιαγραφών του είδους 3. ΔΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΤΚΕ) - Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ οι οποίες επιτρέπουν τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού εταιρειών:**

Συγκεκριμένα:

Η προδιαγραφή 1 ζητά «1. Ο προσφερόμενος αναλυτής θα πρέπει να προσδιορίζει την Ταχύτητα Καθίζησης των Ερυθροκυττάρων (ΤΚΕ) από το σωληνάριο της γενικής αίματος (λήψη αίματος με αντιπηκτικό EDTA).»

Η προδιαγραφή είναι περιοριστική και αναφέρεται σε ένα μόνο συγκεκριμένο τύπο αναλυτή που χρησιμοποιεί σωληνάριο με EDTA ενώ όλοι οι άλλοι αναλυτές χρησιμοποιούν σωληνάριο με sodium citrate επειδή αυτό ορίζεται και από την μέθοδο αναφοράς WESTERGREEN.

Κατά συνέπεια για να αναπτυχθεί ανταγωνισμός και να μειωθεί το κόστος λειτουργίας θα πρέπει να αλλάξει η προδιαγραφή 1 και να γίνει:

«1. Ο προσφερόμενος αναλυτής θα πρέπει να προσδιορίζει την Ταχύτητα Καθίζησης των Ερυθροκυττάρων (ΤΚΕ) από το σωληνάριο της γενικής αίματος (λήψη αίματος με αντιπηκτικό EDTA).ή από σωληνάριο με αντιπηκτικό Sodium Citrate».

Μετά τιμής  
Καπατώρης Διονύσης  
Προϊστάμενος Πωλήσεων.

