

ΠΡΟΣ:

2η Δ. Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»
-Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Δ. Μαντούβαλου 3
184 54 Νίκαια

Email: prom@nikaia-hosp.gr

Νέα Ιωνία, 22 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. : 2178/2209017
Αρ. Σελίδων:3

**ΘΕΜΑ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(ΑΠΟ 18-9-2017 έως και 22-9-2017)**

Αξιότιμοι κύριοι,

Κατόπιν της αναρτημένης πρόσκλησής σας για κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», σας παραθέτουμε τις προτάσεις μας έτσι ώστε οι τελικές, ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές του επικείμενου διαγωνισμού να βεβαιώνουν **την ασφάλεια των ασθενών** και την **οικονομία** του Νοσοκομείου.

Draeger Hellas A.E

Ελευθ. Βενιζέλου 150,
ΤΚ 142 31 , Νέα Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com

Draeger Hellas S.A

50, Ει. Venizelou str
142 31 , Nea Ionia
Greece
Tel : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	<u>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
15	ΥΘ01105601	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Ο2 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ EVITA/DRAEGER	Συμβατός με τον Αναπνευστήρα EVITA/DRAGER Να διαθέτει εγγύηση 12 μηνών τουλάχιστον.	Συμβατός με τον Αναπνευστήρα EVITA/DRAGER βάσει πιστοποιητικού του εργοστασίου κατασκευής των μηχανημάτων . Να διαθέτει εγγύηση 12 μηνών τουλάχιστον.	<p>Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υψηλής ποιότητας υλικών, ασφάλειας ασθενών και συνολικής υποστήριξης του δημοσίου συμφέροντος:</p> <p>Η συμβατότητα κρίνεται απαραίτητο να τεκμηριώνεται επίσημα είτε α) με επίσημο πιστοποιητικό βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/42/ΕΕΚ Παράρτημα Ι, 9.1 (το οποίο αποδεικνύει ότι έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι και έχει δοθεί επίσημη πιστοποίηση) είτε β) από τον ίδιο τον κατασκευαστή των μηχανημάτων, και όχι με απλή δήλωση του εκάστοτε κατασκευαστή αναλωσίμων.</p> <p>Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επίσημη πιστοποίηση, δεν βεβαιώνεται η ορθή μέτρηση των αισθητήρων και συνεπώς δεν βεβαιώνεται η ασφάλεια των ασθενών.</p>
16	ΥΘ01007009	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΟΗΣ(FLOWSENSOR) ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ OXYLOG	Συμβατός με τον Ανανευστήρα OXYLOG 2000 και 2000 plus πολλαπλών χρήσεων	Συμβατός με τον Ανανευστήρα OXYLOG 2000 και 2000 plus βάσει πιστοποιητικού του εργοστασίου κατασκευής των μηχανημάτων , πολλαπλών χρήσεων	<p>Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υψηλής ποιότητας υλικών, ασφάλειας ασθενών και συνολικής υποστήριξης του δημοσίου συμφέροντος:</p> <p>Η συμβατότητα κρίνεται απαραίτητο να τεκμηριώνεται επίσημα είτε α) με επίσημο πιστοποιητικό βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/42/ΕΕΚ Παράρτημα Ι, 9.1 (το οποίο αποδεικνύει ότι έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι και έχει δοθεί επίσημη πιστοποίηση) είτε β) από τον ίδιο τον κατασκευαστή των μηχανημάτων, και όχι με απλή δήλωση του εκάστοτε κατασκευαστή αναλωσίμων.</p> <p>Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επίσημη πιστοποίηση, δεν βεβαιώνεται η ορθή μέτρηση των</p>

Draeger Hellas A.E

Ελευθ. Βενιζέλου 150,
 ΤΚ 142 31 , Νέα Ιωνία
 Ελλάδα
 Τηλ : +30 210 2821809
 Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com

Draeger Hellas S.A

50, Ελ. Βενιζέλου str
 142 31 , Νέα Ιωνία
 Greece
 Tel : +30 210 2821809
 Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com

					αισθητήρων και συνεπώς δεν βεβαιώνεται η ασφάλεια των ασθενών.
17	ΥΘ01002538	ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ SPO2 ΓΙΑ MONITOR DRAGER M.XP κουτί των 24TEM.	Συμβατός με το MONITOR DRAGER κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες	Συμβατός με το MONITOR DRAGER κατάλληλο για χρήση σε βρέφη-παιδιά. Να είναι πιστοποιημένα συμβατοί από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων.	<p>Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υψηλής ποιότητας υλικών, ασφάλειας ασθενών και συνολικής υποστήριξης του δημοσίου συμφέροντος:</p> <p>Η συμβατότητα κρίνεται απαραίτητο να τεκμηριώνεται επίσημα είτε α) με επίσημο πιστοποιητικό βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/42/ΕΕΚ Παράρτημα Ι, 9.1 (το οποίο αποδεικνύει ότι έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι και έχει δοθεί επίσημη πιστοποίηση) είτε β) από τον ίδιο τον κατασκευαστή των μηχανημάτων, και όχι με απλή δήλωση του εκάστοτε κατασκευαστή αναλωσίμων.</p> <p>Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επίσημη πιστοποίηση, δεν βεβαιώνεται η ορθή μέτρηση των αισθητήρων και συνεπώς δεν βεβαιώνεται η ασφάλεια των ασθενών.</p>

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ρίκα Καλογρίδη
Βιοϊατρικός Μηχανικός BEng, MSc, MSc
Product Specialist

Γιώργος Ανέστης
Διευθυντής Ιατρικού Τομέα

Draeger Hellas A.E

Ελευθ. Βενιζέλου 150,
TK 142 31 , Νέα Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com

Draeger Hellas S.A

50, El. Venizelou str
142 31 , Nea Ionia
Greece
Tel : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com