



Προς
Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Γραφείο Προμηθειών

Αρ. Πρωτ.: OL2016/146


Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ και ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ.

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές προς διαβούλευση για την προμήθεια των ειδών Ουρολογική Διαθερμία και Ρεζεκτοσκόπιο, ακολουθεί σχετικός πίνακας με τα σχόλια της εταιρείας μας.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

«PROTON ANONYMOΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -
ΑΝΤΙΠΡΟΚΟΠΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΡΟΣ ΜΗΔΕΝΑ ΤΕΤΡΑΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 2 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 2806210 - FAX: 210 2806210
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΑ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: 51 33 065/ΜΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 452936 - FAX: 2310 452998
ΑΦΜ: 094442268 - ΔΟΥ: ΘΛΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 008107201000

Σταθός Αναστασιάδης

Application Specialist

Surgical Products

OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
& ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:
Ιουλιανού 2, Μεταμόρφωση,
144 51 Αθήνα
Τηλ: 210-2806200
Fax: 210-2806210
e-mail: admin@protoncy.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
Δημ. Στρογγύλη 21, Αγ.Ιωάννης
551 33 Καλαμαριά, Θεσ/κη
Τηλ:2310-452936,2310-452998
Fax: 2310452893
e-mail: admin@protoncy.gr



Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΙΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΠΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	<p>Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και κατά την οποία να παρέχεται δωρεάν υποστήριξη βλαβών με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.</p>	<p>Προτείνουμε στην εξάρτηση των ακόλουθων εξαρτημάτων του ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (παραίτητος 14 τεχνικών προδιαγραφών Ρεζεκτοσκοπίου) από την εγγύηση καλής λειτουργίας καθώς καθόσον πρόκειται για αναλώσιμα/ανταλλακτικά ρεζεκτοσκοπίου</p> <p>ΣΤ) Ηλεκτρόδιο τύπου ρόδας για την προσφερόμενη οπτική 30° και για χρήση με αλατούχο φυσιολογικό ορό.</p> <p>Ζ) Ηλεκτρόδιο κοπής σγκύλη (να υπάρχει περιγραφή της σγκύλης προς αξιολόγηση) για την προσφερόμενη οπτική 30° και για χρήση με αλατούχο φυσιολογικό ορό.</p> <p>Η) Ηλεκτρόδιο τύπου needle για την προσφερόμενη οπτική 30° και για χρήση με αλατούχο φυσιολογικό ορό.</p> <p>Θ) Ηλεκτρόδιο εξαχνωσης προστάτη (να υπάρχει περιγραφή του ηλεκτροδίου προς αξιολόγηση) για την προσφερόμενη οπτική 30° και για χρήση με αλατούχο φυσιολογικό ορό.</p>
11		