

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΥΚ01004112	BOWIE DICK, TEST ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ	Να πληρούν τις προδιαγραφές για μη βιολογικούς δείκτες της οδηγίας EN 867 και EN-ISO 11140, κατάλληλοι για την ανίχνευση της διεσδυτικότητας του ατμού σε όλα τα εργαλεία ακόμη σε αυλοειδή και σωληνωτά.
2	ΥΚ02200601	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ	Να πληρούν τις προδιαγραφές EN-ISO 11138 να μεταβάλλουν το χρώμα τους ανάλογα με το αποτέλεσμα. Να παρέχεται ο ανά λογος επωαστήρας ως Συνοδός Εξοπλισμός.
3	ΥΚ01004111	ΑΜΠΟΥΛΕΣ STERI GAZ NO 4-100	Συμβατές για κλίβανο Οξειδίου του Αιθυλενίου της 3M
4	ΥΚ01004108	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 19 ΜΜ Η 3/4 INCH	Για κλίβανο Ατμού με χρωματικό δείκτη
5	ΥΚ01019600	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ	Να παρέχεται ασφαλές αποτέλεσμα εντός 3 ή λιγότερο ωρών. Να πληρούν τις προδιαγραφές EN-ISO 11138. Να παραδοθούν 2 τουλάχιστον ανάλογοι επωαστήρες ως Συνοδός Εξοπλισμός οι οποίοι να έχουν ηχητική και οπτική ένδειξη σε περίπτωση λανθασμένου αποτελέσματος.
6	ΥΘ01001524	ΚΑΛΩΔΙΟ 10ΠΟΛΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΗΚΓ CARDIOLINE DELTA	Συμβατό με τον ΗΚΓ CARDIOLINE DELTA
7	ΥΘ01001520	ΚΑΛΩΔΙΟ 10ΠΟΛΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΗΚΓ ΝΙΗΟΝ ΚΟΗΔΕΝ CARDIOFAX	Συμβατό με τον ΗΚΓ CARDIOFAX ΝΙΗΟΝ ΚΟΗΔΕΝ
8	ΥΘ01001413	ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΗΚΓ ΝΙΗΟΝ ΚΟΗΕΝ ECG-9010K	Συμβατό με τον ΗΚΓ CARDIOFAX ΝΙΗΟΝ ΚΟΗΔΕΝ
9	ΥΘ01001400	ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΗΚΓ FUCUDA FK12	Συμβατό με τον ΗΚΓ FUCUDA DENSHI FK 12
10	ΥΘ01004304	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΧ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ/ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΝΙΗΟΝ ΚΟΗΔΕΝ	Συμβατό με τον Απινιδωτή ΝΙΗΟΝ ΚΟΗΔΕΝ
11	ΥΘ01000200	ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΡΔΙΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΗΚΓΤΟΣ. 150058.	βεντούζες λήψης και παρακολούθησης ΗΚΓ , με σένσορα κατασκευασμένο είτε από υλικό SSC (Silver-Silver-Chloride Ag-Ag/Cl) ή άλλο αντίστοιχο υλικό, Μεταλλικό δακτύλιο στέρνου διαμέτρου περίπου 30mm.
12	ΥΔ01007902	PROBES ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ΚΩΔ.: EL-045 PROBE ΔΙΑΜ.1,0MM ΓΙΑ ΟΥΡΗΤΗΡΑ.	Συμβατός με το μηχανημα Λιθοτριψίας EMS μήκους 605mm πολλαπλών χρήσεων.
13	ΥΜ30003302	ΑΓΓΥΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 24Fr.	Συμβατές με ρεζεκτοκόπιο OLYMPUS Μονοπολικό πολλαπλών χρήσεων 30 ⁰ 0,35mm σύρματος.
14	ΥΜ30003319	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΥΡΗΘΡΟΤΟΜΟΥ ΕΥΘΥ	Μονοπόδαρα Μαχαιρίδια Συμβατά με τον ουρηθροτόμο STORTZ
15	ΥΘ01105601	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Ο2 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ EVITA/DRAEGER	Συμβατός με τον Αναπνευστήρα EVITA/DRAGER Να διαθετεί εγγύηση 12 μηνων τουλάχιστον.
16	ΥΘ01007009	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΟΗΣ(FLOWSENSOR) ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ OXYLOG	Συμβατός με τον Αναπνευστήρα OXYLOG 2000 και 2000 plus πολλαπλών χρήσεων
17	ΥΘ01002538	ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ SPO2 ΓΙΑ MONITOR DRAGER M.XP κουτι των 24TEM.	Συμβατός με το MONITOR DRAGER κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες
18	ΥΘ01007005	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Ο2 ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ SLE 5000	Συμβατός για τον Αναπνευστήρα SLE 5000 πολλαπλών χρήσεων
19	ΥΘ01105702	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ OHMEDA 1503-3855-000	Συμβατός για τον Αναπνευστήρα DATEX OHMEDA πολλαπλών χρήσεων
20	ΥΚ01001817	MINDRAY PM-9000 ΚΑΛΩΔΙΟ 5ΠΟΛΙΚΟ	Συμβατό για το monitor MINDRAY PM-9000
21	ΥΘ010026ΔΞ	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ, ΣΕΤ ΤΩΝ 3 ΤΕΜ. ΗΚΓΦ DATEX-OHMEDA ΚΩΔ.545315.	Συμβατοί για το monitor DATEX-OHMEDA για στρογγυλό βίσμα
22	ΥΘ01001519	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ 5ΠΟΛΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 012-0328-00	Συμβατοί για το monitor MINDRAY PM 9000 και για τηλεμετρικές SPACELABS
23	ΥΘ01002637	ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΙΗΟΝ ΚΟΗΔΕΝ	Συμβατό για το monitor BSM 2303K
24	ΥΘ01002505	ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ο2	Συμβατοί για ανααισθησιολογικό Μηχανημα DATEX
25	ΥΘ01007199	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ 3ΠΟΛΙΚΟΙ ΗΚΓ ΓΙΑ DATEX-150308	Συμβατοί για το monitor DATEX-OHMEDA για module E-PRESTN για τετράγωνο βίσμα
26	ΥΜ31010302	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ MONITOR MASIMO PM8000	Αισθητήρας οξυμετρίας συμβατός για το monitor MINDRAY MASIMO PM8000
27	ΥΜ31010303	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SPO2 ΔΑΚΤΥΛΟΥ MINDRAY ΓΙΑ MONITOR PM9000	Αισθητήρας οξυμετρίας συμβατός για το monitor MINDRAY PM9000
28	ΥΘ01002035	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ	Καλώδιο προέκτασης αισθητήρα οξυμετρίας συμβατό για το monitor MASSIMO PM 8000

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
29	ΥΘ01002086	EXTENSION CABLE NELLCOR SPO2	Ενδιάμεσο καλώδιο προέκτασης συμβατό για τα οξυμέτρα Nellcor
30	ΥΘ01002061	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ NELLCOR	Αισθητήρας δακτύλου πολλαπλών χρήσεων συμβατός για τα οξυμέτρα Nellcor.
31	ΥΚ01019208	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ OXY-AF	Αισθητήρας SPO2 μιας χρήσεως συμβατός για monitor DATEX
32	ΥΘ010020ΑΖ	ΚΑΛΩΔΙΟ SPO2 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ D-O, OXY-C3	Καλώδιο προέκτασης SPO2 πολλαπλών χρήσεων συμβατό για monitor DATEX
33	ΥΘ01002089	ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ A320-1016(515A) SPACELAB	Αισθητήρας οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων συμβατός για monitor SPACELAB
34	ΥΘ01001507	ΗΛΚ. ECG ΣΕΤ/3 SPBS 70000709 ΚΩΔ. 2803Α000. ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ MONITOR	Πενταπολικό σετ απολήξεων ΗΚΓ συμβατό για monitor SPACELAB
35	ΥΘ01001521	ΗΛΚ. ECG ΣΕΤ/5 SPCL 700-0008-07 ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ MONITOR	Πενταπολικό καλώδιο ΗΚΓ κορμού συμβατό για το monitor SPACELAB
36	ΥΘ010026ΗΩ	ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ MONITOR BSM	Συμβατό για το monitor BSM 2303Κ
37	ΥΜ30004902	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΕΦΛΟΝ 9.5mm-115cm ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ	Συμβατές για άκαμπο βροχοσκόπιο πολλαπλών χρήσεων
38	ΥΚ01005801	TENTEΣ O2	Να είναι Κατάλληλο για παιδιά και νεογνά να αποτελείται από επίπεδα φύλλα από διαφανές βινύλιο με ενσωματωμένη υποστήριξη εσωτερικά στα πλαίσια και άνοιγμα λαϊμού καταλληλο για παιδιά και νεογνά.
39	ΥΚ01000689	ΑΥΛΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ MONITOR PM-9000 EXPRESS	Αυλοί συμβατοί για το monitor MINDRAY PM-9000 EXPRESS
40	ΥΚ01000680	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ MONITOR ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ	Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας κατασκευασμένη από ανθεκτικό στη φθορά υλικό, Latex free, κλείσιμο velcro συμβατή με το monitor MINDRAY PM-9000 EXPRESS
41	ΥΘ01002658	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ "CRITIKON" ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΩΔ. 2783	Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας κατασκευασμένη από ανθεκτικό στη φθορά υλικό, Latex free, κλείσιμο velcro διπλού αυλού με βιδωτή σύνδεση διαστάσεων 8-13cm
42	ΥΘ01002654	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ "CRITIKON" ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΩΔ. 2774	Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας κατασκευασμένη από ανθεκτικό στη φθορά υλικό, Latex free, κλείσιμο velcro διπλού αυλού με βιδωτή σύνδεση διαστάσεων 23-33cm
43	ΥΘ01002655	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ "CRITIKON" ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ ΚΩΔ. 2779	Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας κατασκευασμένη από ανθεκτικό στη φθορά υλικό, Latex free, κλείσιμο velcro διπλού αυλού με βιδωτή σύνδεση διαστάσεων 17-25cm
44	ΥΘ01002656	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ "CRITIKON" ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΩΔ. 2781	Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας κατασκευασμένη από ανθεκτικό στη φθορά υλικό, Latex free, κλείσιμο velcro διπλού αυλού με βιδωτή σύνδεση διαστάσεων 12-19cm
45	ΥΘ01102701	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ CRITICON ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας κατασκευασμένη από ανθεκτικό στη φθορά υλικό, Latex free, κλείσιμο velcro διπλού αυλού με βιδωτή σύνδεση διαστάσεων 23-33cm
46	ΥΚ01000690	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΡΟΥΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ	Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας κατασκευασμένη από ανθεκτικό στη φθορά υλικό, Latex free, κλείσιμο velcro διπλού αυλού με βιδωτή σύνδεση διαστάσεων 31-40cm
47	ΥΘ010026ΕΔ	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕΓΑΛΗ 15-16CM .	Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας κατασκευασμένη από ανθεκτικό στη φθορά υλικό, Latex free, κλείσιμο velcro διπλού αυλού με κουμπωτή σύνδεση διαστάσεων 23-33cm για monitor DATEX
48	ΥΘ010026ΕΓ	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕΣΑΙΑ 12,5-13CM	Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας κατασκευασμένη από ανθεκτικό στη φθορά υλικό, Latex free, κλείσιμο velcro διπλού αυλού με κουμπωτή σύνδεση διαστάσεων 23-33cm για monitor DATEX
49	ΥΘ010026ΩΩ	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕΓΑΛΗ 16-19CM	Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας κατασκευασμένη από ανθεκτικό στη φθορά υλικό, Latex free, διαστάσεων 16-19cm για monitor BSM 2303Κ
50	ΥΘ01003303	ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 110X140 FUCUDA 7202	Ακριβώς όπως στην περιγραφή του είδους.
51	ΥΘ01004702	ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ RAHT/CRT 110X30X12	Ακριβώς όπως στην περιγραφή του είδους.
52	ΥΘ01002825	ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ ASPEL 60X20	Ακριβώς όπως στην περιγραφή του είδους.
53	ΥΘ01002903	ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ ΝΙΗΟΝ FQW 110-2-140	Ακριβώς όπως στην περιγραφή του είδους.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
54	ΥΘ01005903	ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ RQS63-3 N.K 63X30	Ακριβώς όπως στην περιγραφή του είδους.
55	ΥΘ01102503	ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ ΝΚ.ΔΙΑΣΤ.110X140X142ΦΥΛ.	Ακριβώς όπως στην περιγραφή του είδους.
56	ΥΘ01002803	ΧΑΡΤΙ ΗΚΓΦΟΥ FUCUDA 63MMX75X300	Ακριβώς όπως στην περιγραφή του είδους.
57	ΥΘ01002712	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 110-30Μ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕΘ	Ακριβώς όπως στην περιγραφή του είδους.
58	ΥΘ01003605	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ 1Μ1911Α 150X100X150	Ακριβώς όπως στην περιγραφή του είδους.
59	ΥΘ01003601	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ ΝΙΚΟΝ 9620	Ακριβώς όπως στην περιγραφή του είδους.
60	ΥΘ01005703	ΧΑΡΤΙ ΥΠΕΡΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ SONY ORIGINAL UPP 110 HD ΡΟΛΛΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 110 ΧΙΛΣΤ. ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 20 ΜΕΤΡΩΝ.	Ακριβώς όπως στην περιγραφή του είδους.
61	ΥΘ01006701	ΧΑΡΤΙ ΗΚΓΦΟΥ 110X140X150ΦΥΛ.	Ακριβώς όπως στην περιγραφή του είδους.
62	ΥΘ01002829	ΧΑΡΤΙ ΗΚΓΦΟΥ 215X280	Ακριβώς όπως στην περιγραφή του είδους.
63	ΥΘ01006702	ΧΑΡΤΙ ΗΚΓΦΟΥ 63X100X300ΦΥΛ.	Ακριβώς όπως στην περιγραφή του είδους.
64	ΥΘ01006100	ΧΑΡΤΙ ΗΚΓΦΟΥ ΤΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 145mmX30m	Ακριβώς όπως στην περιγραφή του είδους.
65	ΥΘ01002704	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 59mmX50m	Ακριβώς όπως στην περιγραφή του είδους.
66	ΥΘ01102102	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΚΓ 120X1000mmX20m	Ακριβώς όπως στην περιγραφή του είδους.
67	ΥΘ01002702	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΡΟΛΛΑ 62 MM ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	Ακριβώς όπως στην περιγραφή του είδους.
68	ΥΘ01102001	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΩΝ 56MM	Ακριβώς όπως στην περιγραφή του είδους.
69	ΥΘ010025ΑΔ	ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΧ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ -ΥΠΝΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	Με την μέθοδο διφασματικού δείκτη BIS.Συμβατοί για monitor BIS.
70	ΥΘ01006603	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Μ.Χ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ	Να έχουν φαρδιά κα ελαστική ταινία συγκράτησης που να μην τραβάει τα μαλλιά. Ανοιγμα επιστομίου μεγαλύτερο από 30Fr. Να έχουν σχεδιασμό τέτοιο που να διατηρεί σταθερό το επιστόμιο και να μηδενίζει τις βλάβες στα ούλα. Να είναι latex free.
71	ΑΔ02004507	ELECTRODE K	Συμβατό για τον Αναλυτή Αερίων Cobas B221 ROSHE
72	ΑΛ01000806	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Na	Συμβατό για τον Αναλυτή Αερίων Cobas B221 ROSHE
73	ΑΛ01000805	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ PCO2	Συμβατό για τον Αναλυτή Αερίων Cobas B221 ROSHE
74	ΑΛ01000810	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ PH	Συμβατό για τον Αναλυτή Αερίων Cobas B221 ROSHE
75	ΑΛ01000804	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ PO2	Συμβατό για τον Αναλυτή Αερίων Cobas B221 ROSHE
76	ΥΚ01018820	PCO2 MEMBRANE KIT	Συμβατό για τον Αναλυτή Αερίων Nova Stat CCX
77	ΥΚ01018821	PO2 MEMBRANE KIT	Συμβατό για τον Αναλυτή Αερίων Nova Stat CCX
78	ΑΛ01000814	PUMP TUBING	Συμβατό για τον Αναλυτή Αερίων Nova Stat CCX
79	ΥΘ01105813	ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Κ ΡΟΗΣ (AIRWAY TEMPERATURE AND FLOW PROBE)	Συμβατό για τον υγραντήρα Fisher &Paykel RT 308

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Αιτιολογία της πρότασης των Τεχνικών Προδιαγραφών (Ειδικών και Γενικών) είναι για να εξασφαλισθεί η υψηλή ποιότητα υλικών, η ασφάλεια του ασθενούς και η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1) Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, κλπ).
- 2) Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης.
- 3) Τα προϊόντα να διαθέτουν σήμανση CE από εγκεκριμένο Οργανισμό Σήμανσης.
- 4) Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
- 5) Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
- 6) Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας για τον αντίστοιχο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
- 7) Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης ή κατάθεση δειγμάτων εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης