

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΙΑΣ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ PHILIPS Μοντέλο HD 11 xe

1. Διοισοφάγειος πολυεπίπεδος ηλεκτρονικός ηχοβολέας Phased Array, καινούριος και αμεταχείριστος, διευρυμένου φάσματος συχνοτήτων από 2 έως 7 MHz πλήρως συμβατός με το ανωτέρω μηχάνημα. Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας.
2. Να διαθέτει Αριθμό κρυστάλλων: >60.
3. Να διαθέτει . Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο επίπεδο σάρωσης 0° έως 180° και ρυθμιζόμενη γωνία σάρωσης (FOV): 90°.
4. Να διαθέτει προσαρμοσμένη τεχνική AutoCool
 - i. Τρόποι λειτουργίας: B mode, M mode , Color FM, PWD, HPRF, st-CWD, DTI,TDI, TVI,THI.
 - ii. Κύριες εφαρμογές: διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία ενηλίκων
5. Το σύστημα να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) τουλάχιστον ετών, εγγύηση για τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.
6. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της E. E. για ιατρικά μηχανήματα και να φέρει σήμανση C.E. MARK. Ο προμηθευτής και το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και για την τεχνική υποστήριξη τους. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τα οποία θα είναι επίσημα μεταφρασμένα, στην Ελληνική γλώσσα.
7. Προϋπόθεση αξιολόγησης των προσφορών, αποτελεί η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με τη σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στη σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.